

**MRT nicht möglich:**

- Herzschrittmacher
- Neurostimulatoren
- Cochleaimplantate
- Metallsplitter im Auge (eventuell Röntgen nötig)
- Implantierte Schmerzpumpen

**Abgeklärt werden muss:**

- Aneurysma Clips
- Herzklappen OP's
- Herz/Kopf/Gefäß-OP's – Implantatausweis oder OP-Bericht vorhanden? – sonst Abklärung ob eventuell Metallteile (Schrauben oder Platten im Schädelbereich) vorhanden.

**MRT ohne Probleme möglich:**

- Stents
- Bypass
- Prothesen (Knie, Hüfte,...)
- Clips (bei z.B. Unterbindung oder Gallen-OP)
- Platten, Schrauben (außer Schädelbereich)
- Wirbelsäulenversteifungen/Cage
- Biologische Herzklappe (Ausweis!)
- Shunt ohne Ventil

**! Eine Untersuchung kann frühestens 8 Wochen nach der Operation erfolgen!**

**Beachtet werden muss:**

- Bei Kupfer bzw. Goldspirale sowie Kupferkette ist eine gynäkologische Kontrolle nötig
- Zahnprothesen/Brücken sollten entfernt werden
- Piercings müssen entfernt werden - Verbrennungsgefahr
- Augen Make-up kann Artefakte verursachen
- Permanent Make-up und Tattoos können sich erwärmen
- Bei einem Shunt mit Ventil muss vorher- und nachher eine Röntgenkontrolle erfolgen
- Insulinpumpen müssen abgehängt werden
- Hörgeräte müssen entfernt werden